

Słubice, dnia 29.09.2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wraz z monitoringiem zakażeń szpitalnych oraz badań histopatologicznych.

1. Umowa &9 pkt 3 prosimy o zmianę na:

Zleceniobiorca zapłaci kary umowne w wysokości 0, 1% wartości badania za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami projektu umowy.

2. Prosimy o potwierdzenie realizacji badań genetycznych HPV, w następującej ilości genotypów 41 do pozycji 148 , 32 do pozycji 147 oraz 14 do pozycji 146 .

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza proponowaną liczbę genotypów w pozycjach 146, 147 i 148.

3. Czy w badaniu w kierunku patogenów alarmowych (poz. 185) chodzi o pojedyncze patogeny, czy mają na myśli badanie szersze. O jakie patogeny chodzi (np. MRSA, VRE, CPE/CR, ESBL itp.) prosimy o sprecyzowanie

Odpowiedź :

Badanie w kierunku patogenów alarmowych (poz.185) musi obejmować patogeny : MRSA, VRE, CPE, ESBL.

KIEROWNIK
Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
NZOZ Szpitala im. prof. Z. Rejgi w Słubicach Sp. z o.o.
ul. Nadodrzańska 6, 62-100 Słubice

dr n. med. Jarzy Piszka

PREZES ZARZĄDU
Lukasz Kaczmarek