



**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi
w Słubicach Sp. z o. o.**

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 19.04.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 tys. euro na dostawę implantów ortopedycznych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/04/17

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 13 kwietnia 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło pismo z zapytaniami. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pakiet Nr 5

POZ. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Druty do stabilizacji odłamów kostnych ze stali, w zwoju 10m. dostęp do rozmiarów; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drutów do stabilizacji odłamów kostnych, ze stali, w zwoju 10m, dostęp do rozmiarów; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Zamawiający informuje jednocześnie, że w przypadku zaoferowania asortymentu o innych parametrach niż pierwotnie określone w dodatku nr 2 do SIWZ, a które zostały dopuszczone do zaoferowania na etapie wyjaśniania treści SIWZ, Wykonawca winien ten fakt odnotować w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) – w tabeli pod opisem Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Pakiet Nr 5

POZ. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Druty do stabilizacji odłamów kostnych ze stali nierdzewnej w zwoju 10m. dostęp do rozmiarów 0,9; 1,0; 1,25; 1,5.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drutów do stabilizacji odłamów kostnych ze stali nierdzewnej w zwoju 10m, dostęp do rozmiarów 0,9; 1,0; 1,25; 1,5, spełniających pozostałe

wymagania SIWZ.

Zamawiający informuje jednocześnie, że w przypadku zaoferowania asortymentu o innych parametrach niż pierwotnie określone w dodatku nr 2 do SIWZ, a które zostały dopuszczone do zaoferowania na etapie wyjaśniania treści SIWZ, Wykonawca winien ten fakt odnotować w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) – w tabeli pod opisem Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Pakiet Nr 5

POZ. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Druty do stabilizacji odłamów kostnych ze stali nierdzewnej w zwoju 10m.dostęp do rozmiarów 1,6.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drutów do stabilizacji odłamów kostnych ze stali nierdzewnej w zwoju 10m rozmiar 1,6, spełniających pozostałe wymagania SIWZ, co oznacza, że wymagany jest nadal dostęp do rozmiarów 1,8 i 2,0.

Zamawiający informuje jednocześnie, że w przypadku zaoferowania asortymentu o innych parametrach niż pierwotnie określone w dodatku nr 2 do SIWZ, a które zostały dopuszczone do zaoferowania na etapie wyjaśniania treści SIWZ, Wykonawca winien ten fakt odnotować w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) – w tabeli pod opisem Zamawiającego.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.
Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Suzanna Leńcu

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19 kwietnia 2017 r.