

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi  
w Słubicach Sp. z o. o.**

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010  
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 13.11.2017 r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. euro na dostawę sprzętu medycznego i narzędzi laparoskopowych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/18/17**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 10 listopada 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy Pakiet nr 10**

W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na dostawę lampy bakteriobójczej (pakiet nr 10) o nieco innych wymiarach kopuły tj. 1240x187x95 mm (nie ma to żadnego znaczenia dla skuteczności i funkcjonalności lampy).

Ponadto, czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostawy z montażem takiej lampy, jest to urządzenie o bardzo prostym montażu, nie zajmuje to więcej niż 10 minut, a znacznie podraża wartość oferty.

**Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania lampy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (dokładnie opisać parametr oraz wskazać, że Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie w odpowiedziach na pytania) w dodatku nr 3 do SIWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli – „Parametr oferowany (podaje Wykonawca)”.

## MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zamawiający npdst. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiana dotyczy opisu parametrów technicznych dla narzędzi laparoskopowych ujętych w Pakiecie nr 1.

Ze względu na błąd techniczny Zamawiającego, dokonano następujących zmian:

- dodatek nr 2 do SIWZ (załącznik cenowy)

**Poz. 21** – zapis: „Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych, w komplecie z tacą umożliwiającą umieszczenie dodatkowych składników instrumentarium” – zostaje wykreślony.

Powyższe zastępuje się zapisem:

*„Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x187mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera”.*

W ślad powyższego w dodatku nr 3 do SIWZ (opis parametrów technicznych), wprowadza się następujące zmiany:

Pakiet nr 1 – Narzędzia laparoskopowe, poz. 21

Wykreśla się zapis: „Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych, w komplecie z tacą umożliwiającą umieszczenie dodatkowych składników instrumentarium”.


Powyższe zastępuje się zapisem:

*„Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x187mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera”.*

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Załącznikami do niniejszego pisma są zmodyfikowany dodatek nr 2 i 3 do SIWZ.



Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13 listopada 2017 r.